Nom du produit		Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Fonctions	Mode d'emploi	N° CE	Conditionnement
ALL CLEAN® SOFT		2M CONTACT EUROPTIC (Distributeur exclusif des produits AVIZOR)	LS y compris silicone hydrogel	- EDTA 0,1% - Poloxamère: 0,25% - Polyhexanide: 0,0002% - Agent anti-dépôts de protéines - PVP 90 : 0,05%	- Nettoyage - Décontamination - Déprotéinisation - Rinçage - Conservation - Lubrification	Masser les lentilles quelques secondes avec la solution ALL CLEAN SOFT. Rincer abondamment et les placer dans l'étui. Recouvrir de solution ALL CLEAN SOFT et laisser tremper 4 heures minimum ou toute la nuit. Avant la pose, rincer les 2 côtés des lentilles avec ALL CLEAN SOFT ou poser directement sur l'oeil.	CE 0318	- Flacon de 100 ml + étui - Flacon de 350 ml + étui - Pack 3 x 350 ml + 3 étuis - Unidoses : 15 x 10 ml
All-One Advance		ZEISS (NOVACEL)	LS y compris silicone hydrogel	- Polyhexanide 0,0001 % - Actipro anti-dépôts	- Nettoyage - Décontamination - Rinçage - Trempage - Conservation - Lubrification	Masser les lentilles quelques secondes dans la paume de la main. Laisser-les tremper dans l'étui rempli jusqu'au repère pendant 4 heures minimum ou toute la nuit. Rincer les lentilles avec quelques gouttes de solution avant la pose.	CE 0197	- 100 ml + étui - 360 ml + étui - Pack 6 mois (3 x 360 ml) + 3 étuis
ALL IN ONE light		SAUFLON	LS hydro-gel et silicone hydrogel	- Polyhexaméthylène biguanide (PHMB 0,0001 %) - Poloxamer - Tampon phosphate - EDTA - NaCL	- Nettoyage - Décontamination - Rinçage - Déprotéinisation - Conservation - Hydratation	Masser les lentilles 10 secondes sur chaque face puis rincer avec la solution Multifonctions. Laisser tremper les lentilles 4 heures minimum ou toute la nuit dans l'étui.	CE 0473	- Flacon de 360 ml = 1 étui - Flacon de 100 ml = 1 étui
ALVERA®		2M CONTACT EUROPTIC (Distributeur exclusif des produits AVIZOR)	LS silicone hydrogel et hydrogel	- Polyhexanide 0,0002 % - Poloxamer : 0,25 % - Aloe Vera - Polyvinylpyrrolidone 0,05% - Agent anti-dépôts de protéines - EDTA 0,1 %	- Décontamination - Nettoyage - Protection des cellules épithéliales - Hydratation - Lubrification - Déprotéinisation - Rinçage - Conservation	Masser les deux faces des lentilles pendant quelques secondes avec la solution Alvera. Rincer abondamment et les placer dans l'étui. Recouvrir de solution Alvera et laisser tremper 6 heures minimum ou toute la nuit. Avant la pose, rincer les 2 côtés des lentilles avec Alvera ou poser directement sur l'oeil.	CE 0318	- Flacon de 350 ml + étui A venir (pour le 3° trimestre 2015) : - Flacon de 100 ml - Pack 2 x 100 ml
BINOVA INTENSITY		NOVACEL	LS y compris silicone hydrogel	- Polyhexanide 0,0001% - Poloxamère 0,25% - EDTA 0,1% - PVP 0,05%	- Nettoyage - Décontamination - Hydratation - Rinçage - Conservation - Déprotéinisation	Masser les lentilles quelques secondes dans la paume de la main. Laisser les tremper dans l'étui rempli jusqu'au repère pendant 4 heures minimum ou toute la nuit. Rincer les lentilles avec quelques gouttes de solution avant la pose.	CE 0318	- 5 unidoses x 10 ml + étui - Fly pack : 10 unidoses x 10 ml + étui + trousse - 15 unidoses x 10 ml + étui - 350 ml + étui - Pack 6 mois (3 x 350 ml + 5 unidoses + 3 étuis)

Nom du produit		Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Fonctions	Mode d'emploi	N° CE	Conditionnement
Biotrue®		BAUSCH + LOMB	LS	- Acide hyaluronique - Sulfobétaïne - Poloxamine 1% - Acide borique - Borate de sodium - Edétate de sodium - Chlorure de sodium - Polyaminopropyl biguanide 0,00013% - Polyquaternium 0,0001%	- Hydrate - Nettoie - Elimine les protéines - Décontamine - Rince - Conserve	1. Masser la lentille sur les 2 faces. 2. Rincer abondamment chaque face de la lentille. 3. Placer la lentille nettoyée dans son étui et le remplir de solution Biotrue®. Laisser tremper 4 heures minimum. 4. Rincer avec Biotrue® avant la pose sur les yeux.	CE 0050	- Echantillon de 60 ml + étui - Flacon de 120 ml + étui - Flight Pack (2 x 60 ml + 2 étuis + 1 sac zippé) - Flacon de 300 ml + étui - Pack 3 (3x300 ml + 3 étuis)
Boston® SIMPLUS®		BAUSCH + LOMB	LR	- Gluconate de chlorehexidine 0,003% - PHMB : polyaminopropylbiguanide 0,0005% - Poloxamine - Agents viscosifiants - Hydroxyalkylphosphonate (HAP) - Acide borique - Borate de sodium - Chlorure de sodium	- Nettoie - Déprotéinise - Décontamine - Rince - Conserve	1. Masser la lentille sur les 2 faces. 2. Rincer abondamment chaque face de la lentille avec le produit. 3. Placer la lentille nettoyée dans son étui et le remplir de solution Boston® Simplus®. Laisser tremper 4 heures minimum. 4. Rincer abondamment chaque face de la lentille avec la solution Boston® Simplus® avant la pose sur les yeux.	CE 0050	- Flacon de 60 ml + étui - Flacon de 120 ml + étui - Pack 3 (3x120 ml + 3 étuis)
COMPLETE Formule RevitaLens		AMO	LS	- Alexidine : 0,00016 % - Polyquaternium-1 : 0,0003 % - Acide borique - Tétraborate de sodium décahydraté - Tetronic 904 - Edétate disodique (EDTA) - Citrate dihydraté trisodique - Chlorure de sodium - Eau purifiée	- Décontamination - Nettoyage - Rinçage - Conservation	Retirer les lentilles et masser chaque côté 2 à 4 secondes avec la solution décontaminante multifonctions Complete RevitaLens, puis rincer. Laisser tremper 6 heures minimum dans l'étui.	CE 0483	- Flacon 60 ml + 1 étui - Flacon 100 ml + 1 étui Flacon 360 ml + 1 étui - BiPack 2 flacons 360 ml + 2 étuis - TriPack 3 flacons 360 ml + 1 flacon 60 ml + 3 étuis
Concerto Plus Souples		COOPERVISION	LS hydrogel et silicone hydrogel	- Chlorure de sodium - EDTA - PHMB 0,0001% - COOPASE® - Disodiumhydrogen phosphate dihydrate	- Nettoyage - Décontamination - Conservation - Rinçage - Hydratation	Masser la lentille avec quelques gouttes de Concerto Plus. Rincer avec Concerto Plus. Remplir l'étui de Concerto Plus et laisser tremper les lentilles au minimum 6 heures ou toute la nuit.	CE 0088	- Flacon de 40 ml + 1 étui - Flacon de 250 ml + 1 étui - Flacon de 360 ml + 1 étui - Pack 3x250 ml + 3 étuis - Pack 3x360 ml + 3 étuis
Concerto Rigides		COOPERVISION	LR	- Polysorbate 80 - HPMC - Polyhexanide	- Nettoyage - Décontamination - Pose - Conservation	Masser la lentille avec quelques gouttes de Concerto Rigides. Rincer avec Concerto Rigides. Remplir l'étui de Concerto Rigides et laisser tremper les lentilles pendant au moins 6 heures.	CE 0088	- Flacon de 200 ml + 1 étui

Nom du produit		Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Fonctions	Mode d'emploi	N° CE	Conditionnement
GP MULTI		2M CONTACT EUROPTIC (Distributeur exclusif des produits AVIZOR)	LR	- Poloxamère 0,25 % - EDTA 0,1 % - Polyhexanide 0,0002 % - HPMC : 0,18 % - PVP 90 : 0,80 %	- Nettoyage - Décontamination - Rinçage - Conservation - Lubrification	Masser la lentille avec AVIZOR GP MULTI pendant 20 secondes. Laisser tremper les lentilles dans AVIZOR GP MULTI pendant au moins 4 heures ou toute la nuit. Les lentilles sont prêtes à être utilisées.	CE 0318	- Flacon de 240 ml + étui
Hy-Care		SAUFLON	LS hydrogel et silicone hydrogel	- Polyhexanide 0,00013% - Acide Hyaluronique - Poloxamer - Tampon Phosphate - Edétate de sodium - Chlorure de sodium - Etui antimicrobien avec ions argent	- Nettoyage - Décontamination - Rinçage - Déprotéinisation - Conservation - Hydratation	Masser les lentilles 10 secondes sur chaque face puis rincer avec la solution Multifonctions. Laisser tremper les lentilles 4 heures minimum ou toute la nuit dans l'étui.	CE 0473	- Flacon de 360ml - Flacon de 60 ml avec étuis
JAZZ AquaSenSitive		Ophtalmic Compagnie	LS hydrogel et silicone hydrogel	- Acide Hyaluronique (hyaluronate de sodium) - Polyhéxaméthylène biguanide 0,0001 % - Poloxamer 0,25 % - EDTA 0,10 % - PVP 0,05 %	- Nettoyage - Décontamination - Conservation - Rinçage - Hydratation - Lubrification	Masser la lentille avec la solution JAZZ AquaSenSitive Rincer la lentille avec la solution JAZZ AquaSenSitive Laisser tremper la lentille pendant au moins 4 heures, ou toute la nuit, dans la solution	CE 0473	- Flacon de 100 ml + 1 étui - Trousse 2 x 60 ml + 1 étui - Flacon de 350 ml + 1 étui - Pack 6 mois (3 x 350 ml) + 3 étuis
JAZZ essentiel		Ophtalmic Compagnie	LS hydrogel et silicone hydrogel	- Agent nettoyant et décontaminant : ClearSil® - HPMC - Sans conservateur à la pose	- Nettoyage - Décontamination - Conservation - Rinçage - Hydratation - Lubrification	Masser la lentille avec la solution JAZZ essentiel Laisser tremper la lentille pendant au moins 4 heures ou toute la nuit, dans la solution Rincer, avant la pose, avec la solution JAZZ essentiel	CE 0473	- Flacon de 360 ml + 1 étui antimicrobien - Pack 6 mois (3 x 360 ml) + 3 étuis antimicrobiens
MeniCare Plus		MENICON	MeniCare Plus	- Polyhexamethylène biguanide - Poloxamère - H-promellose - Alcool Polyhydrinique - EDTA	- Nettoyage - Décontamination - Conservation - Rinçage - Pose	- Massez délicatement chaque lentille avec quelques gouttes de MeniCare Plus pendant 20 secondes. - Rincez avec MeniCare Plus. - Conservez les lentilles dans l'étui rempli de MeniCare Plus (décontamination efficace en 5 minutes). - Rincez les lentilles avant la pose avec MeniCare Plus.	CE 0483	- Flacon de 250 ml + étui - Pack Les Inséparables : 2 MeniCare Plus 250 ml + étuis 2 Progent 5 traitements - étuis - Kit Voyage LRPO : MeniCare Plus 50 ml + étui 1 dose A et B Progent

Nom du produit		Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Fonctions	Mode d'emploi	N° CE	Conditionnement
MeniCare Pure		MENICON	LR	Ɛ-Polylysine 0,01% Edétate de disodium 0,05 % EHCO-60 0,1	- Nettoyage - Décontamination - Rinçage - Conservation	- Massez délicatement chaque lentille avec quelques gouttes de MeniCare Pure pendant 20 secondes. - Placez chaque lentille dans son support et rincez-les avec MeniCare Pure. - Remplissez l'étui de MeniCare Pure et placez-y les lentilles pendant au moins 30 minutes ou toute la nuit. - Avant la pose, rincez les lentilles avec MeniCare Pure. - Gardez l'étui propre et séchez-le après utilisation.	CE 0483	- Flacon de 250 ml + étui - Flacon de 70 ml + étui - Pack 1 + 1 : 1 MeniCare Pure 250 ml + étui 1 boîte de Progent 5 traitements avec étui Progent - Travel Kit : 2 MeniCare Pure 70 ml + étui 2 doses A + 2 doses B Progent 1 étui Progent
MeniCare Soft		MENICON	LS	- Polyhexanide 0.0001% - Macrogolglycerol hydroxystéarate - Disodium édétate - Comfortec™	- Nettoyage - Déprotéinisation - Décontamination - Conservation - Rinçage	- Massez chaque lentille pendant 20 secondes avec quelques gouttes de MeniCare Soft. - Rincez avec la solution MeniCare Soft. - Conservez les lentilles dans l'étui rempli de MeniCare Soft (décontamination efficace après 4 heures de trempage). - Rincez les lentilles avant la pose avec MeniCare Soft.	CE 0483	- Flacon de 360 ml + étui - Pack 2x360 ml + étui - Kit Voyage lentilles souples (1 flacon MeniCare Soft 50 ml + étui)
OPTI-FREE® PureMoist® * * anciennement appelé OPTI-FREE® EverMoist®		ALCON	LS y compris silicone hydrogel	- HydraGlyde® Matrice hydratante - POLYQUAD® - ALDOX® - TETRONIC® 1304* - Citrate de sodium - Chlorure de sodium - Acide borique - Aminométhylpropanol - Sorbitol - Edétate disodique *marque déposée de BASF	- Hydratation des lentilles de contact pendant 16 heures - Nettoyage - Décontamination - Elimination et prévention des dépôts lipidiques - Rinçage - Conservation jusqu'à 30 jours	Massage pendant 20 secondes. Rinçage des lentilles. Décontamination par trempage pendant 6 heures minimum ou toute la nuit. Rinçage des lentilles avant la pose. Nettoyage de l'étui avec la solution et séchage à l'air libre.	CE 0123	- Flacon de 90 ml + 1 étui de trempage - Flacon de 300 ml + 1 étui de trempage - Pack 2 x 300 ml + 2 étuis de trempage - Pack Eco de 3 x 300 ml + 3 étuis de trempage
OPTI-FREE® RepleniSH®		ALCON	LS y compris silicone hydrogel	- TEARGLYDE® agent rénovant double action (TETRONIC® 1304* et acide nonanoyl éthylène diamine triacétique) - POLYQUAD® - ALDOX® - Citrate de sodium - Chlorure de sodium - Borate de sodium - Propylène glycol * marque déposée de BASF	- Nettoyage - Décontamination - Elimination des dépôts - Rinçage - Conservation jusqu'à 30 jours	Rinçage des lentilles. Décontamination par trempage pendant 6 heures minimum ou toute la nuit. Rinçage des lentilles avant la pose.	CE 0123	- Flacon de 120 ml + 1 étui de trempage - Flacon de 300 ml + 1 étui de trempage - Pack de 2 x 300 ml + 1 étui de trempage - Pack Eco de 3 x 300 ml + 3 étuis de trempage

Nom du produit	Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Fonctions	Mode d'emploi	N° CE	Conditionnement
OPTI-FREE® EXPRESS®	ALCON	LS y compris silicone hydrogel	- POLYQUAD® - ALDOX® - TETRONIC® 1304* - Citrate - Chlorure de sodium - Acide borique - Aminométhylpropanol - Sorbitol - Edétate disodique * marque déposée de BASF	- Nettoyage - Décontamination - Elimination des dépôts - Hydratation - Conservation jusqu'à 30 jours	Rinçage des lentilles. Décontamination par trempage pendant 6 heures minimum ou toute la nuit. Rinçage des lentilles avant la pose.	CE 0123	- Flacon de 355 ml + 1 étui de trempage - Bi-Pack de 2 x 355 ml + 2 étuis de trempage
OPTI-FREE® UNIDOSES	ALCON	LS	- POLYQUAD® - Citrate de sodium - Chlorure de sodium - Edétate disodique	- Nettoyage - Décontamination - Rinçage - Conservation	Massage des lentilles avec quelques gouttes de la solution. Rinçage des lentilles. Décontamination par trempage pendant 4 heures minimum ou toute la nuit.	CE 0123	- Boîte de 30 doses 10 ml + 1 étui de trempage - Pack de 90 doses 10 ml + 3 étuis de trempage
PRECILENS B5	PRECILENS	LRPG	- Polyhexanide 0,0001% - Poloxamine 0,5% - NaCL - Dexpanthenol 1% - Hydraflex-RGP™ 0,5%	- Nettoyage - Décontamination - Hydratation et regénération des cellules épithéliales - Lubrification	Masser délicatement les lentilles avec quelques gouttes de Precilens B5. Rincer avec Precilens B5. Placer les lentilles dans l'étui Precilens B5 rempli de solution et laisser tremper 4 heures minimum. Rincer les lentilles avant la pose avec la solution Precilens B5.	CE 0459	- Flacon de 200 ml - Flacon de 40 ml - Pack 3 x 200 ml
PRECILENS Bio Confort	PRECILENS	LS	- Polyhexanide à 0,00013 % - Poloxamer - Acide Hyaluronique (HA) - EDTA - Solution isotonique de Chlorure de Sodium - Tampon Phosphate	- Nettoyage - Décontamination - Hydratation - Déprotéinisation - Conservation - Rinçage	Masser délicatement les lentilles avec quelques gouttes de solution pendant 14 à 20 secondes. Rincer les lentilles avec la solution. Placer les lentilles dans chaque compartiment de l'étui plat et laisser-les tremper au moins 4 heures ou toute la nuit.	CE 0459	- Flacon de 60 ml - Flacon de 360 ml - Pack de 3 x 360 ml
PRECILENS Multifonctions	PRECILENS	LS	- Polyhexanide à 0,0001% - Poloxamer - HydroxyPropylMethyl-cellulose - EDTA - Solution isotonique de Chlorure de Sodium - Tampon Phosphate	- Nettoyage - Décontamination - Hydratation - Déprotéinisation - Conservation - Rinçage	Placer les lentilles dans le panier de l'étui anti bactérien et tourner la capsule de l'étui rapidement dans le sens des aiguilles d'une montre. Laisser tremper les lentilles au moins 4 heures.	CE 0473	- Flacon de 100 ml - Flacon de 380 ml - Pack de 3 x 380 ml

Nom du produit		Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Fonctions	Mode d'emploi	N° CE	Conditionnement
REGARD		HORUS PHARMA	LS	- Chlorure de sodium - Poloxamer - Acide borique - Hydroxypropylméthylcellulose (0,15%) - Complexe Stabilisé Oxychlorite	- Nettoyage - Décontamination - Conservation - Rinçage - Lubrification	Masser les lentilles avec quelques gouttes de Regard. Rincer avec Regard pour éliminer les dépôts. Décontaminer par trempage dans la solution pendant 6h minimum. Rincer à nouveau les lentilles avec Regard avant la pose. Rincer l'étui avec Regard.	CE 0318	- Flacon de 355 ml + étui - Tri Pack : 3 x 355 ml + 3 étuis - Flacon de 60 ml + étui - Boîte de 10 unidoses + étui - Boîte de 30 unidoses + étui
REGARD K		HORUS PHARMA	LR	- Chlorure de sodium - Poloxamer - Acide borique - Hydroxypropylméthylcellulose (0,25%) - Complexe Stabilisé Oxychlorite	- Nettoyage - Décontamination - Conservation - Rinçage - Lubrification	Masser les lentilles avec quelques gouttes de Regard K. Rincer avec Regard K pour éliminer les dépôts. Décontaminer par trempage dans la solution pendant 6h minimum. Rincer à nouveau les lentilles avec Regard K avant la pose. Rincer l'étui avec Regard K.	CE 0318	- Flacon de 120 ml + étui
ReNu® MPS		BAUSCH + LOMB	LS	- Acide Borique - Edetate de sodium - Borate de sodium - Chlorure de sodium - DYMED (polyaminopropyl biguanide) 0,00005 % - Poloxamine 1 %	- Nettoie - Décontamine - Rince - Conserve - Lubrifie	1. Masser la lentille sur les 2 faces. 2. Rincer abondamment chaque face de la lentille avec le produit. 3. Placer la lentille nettoyée dans son étui et le remplir de solution ReNu®. Laisser tremper 4 heures minimum. 4. Rincer avec ReNu® avant la pose sur les yeux.	CE 0050	- Echantillon 60 ml + étui - Flacon de120 ml + étui - Flight Pack (2x60 ml + 2 étuis + 1 sac zippé) - Flacon de 360 ml + étui - Pack 3 (3x360 ml + 3 étuis)
ReNu® MultiPlus		BAUSCH + LOMB	LS	- Acide borique - Edétate disodique - Sodium borate - Chlorure de sodium - DYMED (polyaminopropyl biguanide) 0,0001% - HYDRANATE (hydroxyalkylphosphonate) 0,03% - Poloxamine 1%.	- Nettoie - Déprotéinise - Décontamine - Rince - Conserve - Lubrifie	1. Masser la lentille sur les 2 faces. 2. Rincer abondamment chaque face de la lentille avec le produit. 3. Placer la lentille nettoyée dans son étui et le remplir de solution ReNu®. Laisser tremper 4 heures minimum. 4. Rincer avec ReNu® avant la pose sur les yeux.	CE 0050	- Echantillon de 60 ml + étui - Flacon de 360 ml + étui
sensiv EYƎ		2M CONTACT EUROPTIC	LS y compris silicone hydrogel	- Poloxamère : 0,25% - EDTA : 0,1 % - Polyvinylpyrrolidone 90 : 0,05 % - Polyhexanide : 0,0002 % - Agent déprotéinisant	- Nettoyage - Rinçage - Décontamination - Déprotéinisation - Conservation - Hydratation	Masser les 2 faces de chaque lentille avec sensiv EYƎ. Rincer soigneusement les lentilles et les placer dans l'étui de trempage. Laisser tremper les lentilles durant au moins 4 heures dans la solution sensiv EYƎ. Rincer de nouveau avant la pose.	CE 0318	- Flacon de 60 ml - Flacon de 60 ml + étui - Flacon de 350 ml + étui - Flacon de 3 x 350 ml + 3 étuis

Nom du produit		Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Fonctions	Mode d'emploi	N° CE	Conditionnement
SOLO-Care AQUA		MENICON	LS	- Polyhexanide à 0,0001% - Poloxamer 407 - EDTA - Hydrolock - Phosphate de sodium - Tromethamine	- Nettoyage - Décontamination - Rinçage - Conservation - Lubrification - Elimination des dépôts protéiques	- MENICON vous recommande vivement de préconiser une étape de massage et de rinçage des lentilles à la dépose. - 2 options d'entretien : - option 5 mn - option 4 h cf. notice d'utilisation	CE 0459	-Flacon de 300 ml + 1 étui - Tri Pack (3 x 360 ml) - Duo Pack (2 x 360 ml) - Travel Kit (1 x 90 ml + 1 étui + 1 trousse +1 miroir)
SPRAY & CLEAN		MENICON	LR	- Sodium olefine sulfonate 0,75 % - PEG octylphénylether 0,45 % - EDTA 0,02 % - Eau purifiée q.s.100	- Nettoyant spécial larmes grasses	- Après retrait (dans le creux de la main), pulvériser une fois la solution Spray & Clean sur chaque face et masser doucement la lentille. - Rincer abondamment la lentille avec la solution MeniCare Plus. - Décontaminer et conserver les lentilles dans MeniCare Plus. - Précautions : Ne jamais poser directement sur les yeux la lentille nettoyée avec Spray & Clean sans l'avoir rincée avant avec MeniCare Plus. Ne jamais pulvériser Spray & Clean directement dans les yeux.	CE 0483	- Flacon spray de 15 ml
SYNERGI		SAUFLON	LS hydrogel et silicone hydrogel	- Oxychlorite = OXIPOL™ - Poloxamer - HPMC - Tampon Phosphate - Chlorure de Sodium - Sans conservateur Etui antimicrobien, ions argent	- Nettoyage - Rinçage - Décontamination - Déproteinisation - Hydratation	Masser les lentilles 10 secondes sur chaque face puis rincer avec la solution SYNERGI. Laisser tremper les lentilles 6 heures minimum ou toute la nuit dans l'étui.	CE 0473	- Flacon de 360ml + 1 étui antimicrobien - Flacon de 60ml + 1 étui antimicrobien
TOTALCARE 1		AMO	LR	- Polyhexaméthylène biguanide 0,0001% - Tyloxapol 0,025% - Hydroxypropylméthylcellulose 0,15% - Edétate disodique 0,05%	- Nettoyage - Décontamination - Rinçage - Conservation - Lubrification	ENTRETIEN QUOTIDIEN : Nettoyage : massage pendant 15 à 20 secondes. Rinçage avec TOTALCARE 1 Décontamination et conservation : Laisser tremper 4 heures minimum. Poser directement la lentille sur l'oeil.	CE 0483	- Flacon de 240 ml + 1 étui